



mna
LABORATUVARLARI

Notified Body Number: 2841

AB Tip İnceleme Sertifikası EU Type-Examination Certificate

Belge No / Certificate No : 135-21-01
**Belgelendirme Tarihi - Bir Sonraki Belge Tarihi /
Certification Date / Certificate Validity Date** : 26.01.2021-26.01.2026
Belge Geçerlilik Tarihi / Document Validity Period : 5 yıl / 5 years
**Firma Unvanı ve Adresi /
Company Name and Address** : GRAFOPLAS DEL NOROESTE, S.A.
LG. A MARÍSCUEIRA, S/N (POL. IND.
ALMEIRAS) 15180 CULLEREDO (A CORUÑA)
- ESPAÑA

Ürün Adı /Modeller / Product Name / Models : MFRADEx003G
Direktifi / Directive : 2016/425 REGULATION
Modülü/Kategori / Module / Category : B MODÜLÜ/ KATEGORİ III
MODULE B / CATEGORY III
Test Rapor No/ları / Test Report No : M-2021-00009
Ürün Tipi / Product Type:
- EN 149:2001+ A1:2009 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Parçacıklara karşı koruma amaçlı
filtreli yarım maskeler/ Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against
particles

Ürünün Malzeme Bilgisi / Product Material Information: MFRADEx003G model ürünleri kumaş, kulak
kayıışı, burun klipsi ve filtre katmanı kullanılarak imal edilmiştir./ MFRADEx003G model products are
manufactured using fabric, ear loop, nose clip, filter layer.

Volkan AKIN
26.01.2021

Karar Verici / Approver

Okan AKEL
26.01.2021

Şirket Müdürü / General manager



MNA Laboratuvarları San. Tic.Ltd .Şti

Adres: Küçükbakkalköy Mahallesi Yenidoğan Cad.No:21 Ataşehir/ İstanbul

Tel: 0216 574 07 08 Faks: 0216 575 13 31 www.mnalab.com